

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
(Росстандарт)

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Самарской области»
(ФБУ «Самарский ЦСМ»)
проспект Карла Маркса, 134, г. Самара, 443013

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 6 5 4 9 3 1 /309263-2013



Действительно до 15 мая 2014 г.

Средство измерений Спектрометр рентгенофлуоресцентный

EDX-800HS2

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

055550701


заводской номер Q22644500104AE, P/N 212-21718-04

принадлежащее ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

6315800040

На основании результатов первичной (периодической) поверки соответствует
описанию типа и признано годным к применению.

Поверительное клеймо



И.о.руководителя подразделения

А.Ю.Роднин

Поверитель

А.В. Першина

15 мая 2013 г.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверено в соответствии с методикой поверки утвержденной ГЦИ СИ

ФГУП «ВНИИМС»

с применением эталонов: ГСО 4165-91П, 2489-91П – 2497-91П

при следующих значениях влияющих факторов Температура окружающей

среды 23°C, Атмосферное давление 750 мм рт ст, Влажность 50%

Поверитель


подпись

А.В. Першина

инициалы, фамилия

15 мая 2013 г.